

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ

๑. ตู้ Biosafety Cabinet (Class II) จำนวน ๒ เครื่อง
๒. เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น SM 144 จำนวน ๑ เครื่อง
๓. หลอด UV Lamp ๑๕ Watts จำนวน ๓ หลอด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวินโรค กรมควบคุมโรค

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๓๓,๗๑๖.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

รายการที่ ๑ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ตู้ Biosafety Cabinet (Class II) ราคาเครื่อง/เครื่องละ ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น SM 144 ราคาเครื่อง/เครื่องละ ๓๐,๓๖๖.๖๐ บาท  
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๓๖๖.๖๐ บาท

รายการที่ ๓ ซ่อมเปลี่ยนหลอด UV Lamp ๑๕ Watts ราคาหลอด/หลอดละ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๓ หลอด เป็นเงิน ๔,๓๕๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากผู้รับจ้างซ่อมเป็นอะไหล่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ตู้ Biosafety Cabinet (Class II) จำนวน ๒ เครื่อง สืบราคาจากผู้รับจ้าง  
ตามใบเสนอราคาจาก บริษัท เมกะฟิล จำกัด

รายการที่ ๒ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น SM 144 จำนวน ๑ เครื่อง สืบราคาจาก  
ผู้รับจ้างตามใบเสนอราคาจาก บริษัท วี.แอล.เครื่องเย็น (ประเทศไทย) จำกัด

รายการที่ ๓ ซ่อมเปลี่ยนหลอด UV Lamp ๑๕ Watts จำนวน ๓ หลอด สืบราคาจากผู้รับจ้าง  
ตามใบเสนอราคาจาก บริษัท กิบบไทย จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- |                       |                                |               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาววัลยา สิทธิ  | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชนัญตรี กำดี    | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓. นายรณยุทธ์ นรรัตน์ | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ    | กรรมการ       |

คุณลักษณะเฉพาะ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ตู้ Biosafety Cabinet (Class II) จำนวน ๒ เครื่อง

๑. เปลี่ยนอะไหล่แผ่นกรอง HEPA Filter สำหรับ ตู้ Biosafety Cabinet (Class II) ผลิตภัณฑ์ Microflow Model : 25674/1 S/N:97/10/2/042 จำนวน ๑ เครื่อง ดังรายการต่อไปนี้

- Main HEPA Filter
- Exhaust HEPA Filter
- Fumigate ตู้ฆ่าเชื้อ ก่อนเปลี่ยน HEPA Filter ด้วยระบบ Chlorine dioxide

๒. เปลี่ยนอะไหล่แผ่นกรอง HEPA Filter สำหรับตู้ Biosafety Cabinet (Class II) ผลิตภัณฑ์ NUAIRE : Model : NU-440-400 E S/N : 98174041905 จำนวน ๑ เครื่อง ดังรายการต่อไปนี้

- Main HEPA Filter
- Exhaust HEPA Filter
- Fumigate ตู้ฆ่าเชื้อ ก่อนเปลี่ยน HEPA Filter ด้วยระบบ Chlorine dioxide

รายการที่ ๒ เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ดกรอบ รุ่น SM 144 จำนวน ๑ เครื่อง

๑. เป็นชุดผลิตน้ำแข็งขนาด 18”/ชุดใหม่
๒. ชุดแคปทิว พร้อมแพร์นัทใหม่
๓. ไตเออร์
๔. เติมน้ำยาความเย็นใหม่ R-22
๕. เปลี่ยนสารกรองน้ำใหม่คาร์บอน-เรซิน
๖. น้ำยาล้างเครื่อง-ไลระบบใหม่ 141B
๗. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง,สายยาง,ยางหุ้มท่อทองแดง และชุดผลิต
๘. ค่าบริการซ่อม,เปลี่ยนอะไหล่

รายการที่ ๓ หลอด UV Lamp ๑๕ Watts จำนวน ๓ หลอด


๑. เป็นหลอดฆ่าเชื้อ ใช้แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์
๒. มีกำลังไฟฟ้า 15 Watts
๓. มีช่วงคลื่นฆ่าเชื้อที่ 254 นาโนเมตร


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ


ภายใน ๓๐ วัน หลังจากลงนามในใบสั่งจ้าง

สถานที่ส่งมอบงาน

๑๑๖ สำนักวิจัยโรค ถนนสุขประเสริฐ(ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ๑๐๑๒๐

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาววัลยา สิทธิ)  
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางชนัญตรี กำดี)  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายรณยุทธ์ นรรัตน์)  
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ